








# Übersicht MSR-Geräte

Gerätegruppe	Gerätetyp	Abbildung	Messparameter				Relaiskontakte		Spannungsversorgung	Digitalanzeige	Signalausgang	galvanische Trennung	Gehäuse			
			pH	Redox	Leitfähigkeit	Temperatur	Grenzwert	Alarm					Schalt-schrank-einbau (mm)	Wandaufbau	Hutschiene	Handmess-gerät
<i>komma</i>	100		x	x	x	x	2	1	24 V DC	x	0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	x	96 x 48	-	-	-
	200		x	x	x	x			85 bis 264 V AC, 24 V DC				96 x 96			
	500		x	x	x	x			-				x			
<i>kaio</i>	pH		x	-	-	-	1	1	230 V AC, 24 V DC	x	0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	x	96 x 48	x	-	-
	LW		-	-	x	-										
	mV		-	x	-	-										
48-Serie	MA48pHD		x	-	-	-	-	-	230 V AC, 120 V AC, 24 V AC, 24 V DC	x	0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	-	96 x 48	x	-	-
	MA48mVD		-	x	-	-										
	MA48LWD		-	-	x	-										
	MR48pHD		x	-	-	-	1	-								
	MR48mVD		-	x	-	-										
	MR48LWD		-	-	x	-										
MUH04	pH		x	-	-	-	-	-	24 V DC	-	0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V	x	-	-	x	-
	LF		-	-	x	-										
Handmess-geräte	CP-411		x	x	-	x	-	-	Batterie, 230 V AC	x	-	-	-	-	-	x
	CC-411		-	-	x	x										
	pHep		x	-	-	-			Batterie							